


Recomendaciones de seguridad

Oxigenoterapia, Oxígeno líquido y CPAP



Oxigenoterapia

- Mantenga alejado del equipo de oxígeno las llamas, los cigarrillos, las estufas, los calentadores y las herramientas eléctricas cuando use el oxígeno.
- Sitúe el equipo de oxígeno en una zona abierta y ventilada.
- No fume ni deje fumar cerca del equipo.
- Asegúrese de que no hay salida o fugas de oxígeno cuando lo esté usando.
- No intente hacer ningún tipo de reparación en el equipo.
- Sitúe el concentrador cerca de una toma de corriente. No utilice ningún tipo de extensión eléctrica.
- Utilice siempre el concentrador de oxígeno en posición vertical.



Oxígeno Líquido

- Asegúrese de que el COLD (contenedor de oxígeno líquido domiciliario) está siempre en posición vertical. Si el equipo se volcara, pida ayuda para ponerlo en pie inmediatamente.
- No mueva el COLD sin ayuda (es muy pesado, 60 kg. lleno) y requiere de dos o más personas para poder moverlo sin riesgos para la salud.
- No toque ninguna parte de su COLD que esté cubierta de hielo. Puede sufrir quemaduras por frío.



CPAP

- No modifique nunca la presión prescrita sin una instrucción de su doctor.
- Cumpla rigurosamente las normas de higiene y mantenimiento indicadas en el manual de usuario del equipo.
- No manipule el equipo, solamente la empresa instaladora está capacitada para hacerlo.
- Deje circular el aire libremente alrededor del equipo y por las ranuras del filtro. No bloquee las salidas de aire con muebles, cortinas, etc....
- Fumar no es recomendable en el caso de seguir un tratamiento con CPAP